



## CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

\_\_\_\_\_ Los Sres. miembros de la Comisión de Preadjudicación constituida para actuar en la Licitación Pública N° 05/16 aprobada por Resolución N° 14206/16, que tiene por objeto “Adquisición de reactivos e insumos para el Cuerpo de Investigaciones Fiscales”, y que se tramita por Expte. N° 130-16.995/16, aclaran que para los renglones que a continuación se mencionan, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:

- **ITEM N° 2- Renglón N° 12: Columna C18 para HPLC**

Especificaciones técnicas: X Bridge C18 5 um, 4.6 x 150 mm. Part. N° 186003116.

- **ITEM N° 2- Renglón N° 20: Filamento W**

Especificaciones técnicas: para ser utilizado como fuente de emisión termoiónica en la columna del Microscopio Electrónico de Barrido marca Zeiss Modelo EVO LS15.

- **ITEM N° 2- Renglón N° 31: Jeringas para GC MS Perkin Elmer:**

Especificaciones técnicas: para inyección automática volumen 10 UI. Para modelo del equipo Clarus 680, con muestreador automático marca “Combi Pal”.

\_\_\_\_\_ Salta, 03 de Junio de 2016. \_\_\_\_\_